

事務連絡  
平成26年8月7日

地方厚生（支）局医療課  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の  
一部改正についての差し替えについて（依頼）

先般お送りした「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」  
等の一部改正について（平成26年6月30日付け保発0630第2号）について、誤りがござ  
いましたので、差し替えをお願いいたします。

修正前後対応表

	修正後	修正前
別添2	略称を追加	
別添4	<p>削除</p> <p>※平成26年6月30日付保医発0630第2号すでに追加していたため、削除するもの。 削除に伴い、番号が1繋り下がる。</p>	<p>9 別表のⅡの064(1)①中「脊椎ケージ」の次に「体内固定用プレート」を加える。</p>
別添5	25 別表のⅡの <u>123(3)②</u> の次に次のように加える。	26 別表のⅡの <u>132(3)③</u> に次のように加える。
別添6	28 別表のⅡの133(1)中「血栓除去用カテーテル(7区分)」を「血栓除去用カテーテル(8区分)」に改め、「冠動脈カテーテル交換用カテーテル(1区分)及び体温調節用カテーテル(1区分)」を「冠動脈カテーテル交換用カテーテル(1区分)、体温調節用力カテーテル(1区分)及び脳血管用ステントセット(1区分)」に改め、「47区分」を「49区分」に改める。	29 別表のⅡの133(1)中「血栓除去用カテーテル(7区分)」を「血栓除去用カテーテル(8区分)」に改め、「冠動脈カテーテル交換用カテーテル(1区分)及び体温調節用カテーテル(1区分)」を「冠動脈カテーテル交換用カテーテル(1区分)及び脳血管用ステントセット(1区分)」に改め、「47区分」を「49区分」に改める。
別添7	<p>31 別表のⅡの133(21)の次に次のように加える。 <u>(22)脳血管用ステントセット</u></p> <p><u>定義</u></p> <p>次のいずれにも該当すること</p> <p>① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(07)内蔵機能代用器」であって、一般的な名称が「脳動脈ステント」であること。</p> <p>② 頭蓋内動脈狭窄症に対するバルーン拡張式血管形成術用カテーテルを用いた経皮的血管形成術において、血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞若しくは切迫閉塞に対する緊急処置又は他に有効な治療法がない場合の血管形成術後の再治療を目的として使用するバルーンカテーテルであること。</p>	<p>32 別表のⅡの133(21)の次に次のように加える。</p> <p>次のいずれにも該当すること</p> <p>① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(07)内蔵機能代用器」であって、一般的な名称が「脳動脈ステント」であること。</p> <p>② 頭蓋内動脈狭窄症に対するバルーン拡張式血管形成術用カテーテルを用いた経皮的血管形成術において、血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞若しくは切迫閉塞に対する緊急処置又は他に有効な治療法がない場合の血管形成術後の再治療を目的として使用するバルーンカテーテルであること。</p>

保医発0630第2号  
平成26年6月30日

地方厚生(支)局医療課長  
都道府県民生主管部(局)  
国民健康保険主管課(部)長  
都道府県後期高齢者医療主管部(局)  
後期高齢者医療主管課(部)長

} 殿

厚生労働省保険局医療課長  
(公印省略)

厚生労働省保険局歯科医療管理官  
(公印省略)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の  
留意事項について」等の一部改正について

今般、特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）（平成20年厚生労働省告示第61号）の一部が平成26年厚生労働省告示第276号をもって改正され、平成26年7月1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

記

- 別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成26年3月5日保医発0305第3号）の一部改正について
- 別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成26年3月5日保医発0305第5号）の一部改正について
- 別添3 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（平成26年3月5日保医発0305第7号）の一部改正について
- 別添4 「特定保険医療材料の定義について」（平成26年3月5日保医発0305第8号）の一部改正について

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」  
(平成26年3月5日保医発0305第3号) の一部改正について

- 1 別添1の第2章第9部第1節J038-2(2)を次のように改める。

持続緩徐式血液濾過は、腎不全のほか、重症急性膵炎、重症敗血症、劇症肝炎又は術後肝不全（劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。）の患者に対しても算定できる。ただし、重症急性膵炎及び重症敗血症の患者に対しては一連につき概ね8回を限度とし、劇症肝炎又は術後肝不全（劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。）の患者に対しては一連につき月10回を限度として3月間に限って算定する。
- 2 別添1の第2章第10部第1節第3款K178-2を次のように改める。
  - (1) 頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。
  - (2) 脳血管用ステントセットを用いて経皮的脳血管ステント留置術を行った場合は、本区分の所定点数に準じて算定する。その場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
- 3 別添1の第2章第10部第1節第4款K282に次のように加える。
  - (5) チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体囊拡張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合は、水晶体囊拡張リングの縫着を行った場合は「1」の「イ」の所定点数に準じて、水晶体囊拡張リングの縫着を行っていない場合は「1」の「ロ」の所定点数に準じて算定する。なお、水晶体囊拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。
- 4 別添1の第2章第10部第1節第7款K560に次のように加える。
  - (5) オープン型ステントグラフトを直視下に挿入し、中枢側血管又は中枢側人工血管と吻合した場合は、術式に応じて本区分のいずれかの所定点数に準じて算定する。
- 5 別添1の第2章第10部第1節第7款K595に次のように加える。
  - (4) 経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術を実施した場合は、本区分の所定点数を算定する。その場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」  
 (平成26年3月5日保医発0305第5号) の一部改正について

1 I の 3 の(38-3)を次のように改める。

ア ストレートプレート（生体用合金I・S）及びストレートプレート（生体用合金I・L）を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する項目を記載すること。

- a 高度肥満（BMI 30以上）の患者
- b インスリン依存型糖尿病の患者
- c 重症ハイリスク症例と考えられる患者（高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立時・歩行時に上肢に体重をかける必要のある脳神経疾患患者等）

イ 骨端用プレート（生体用合金I）・患者適合型は、医師が患者適合型以外のプレートでは十分な治療効果が得られないと判断した場合又は患者適合型以外のプレートを使用した場合に比べ大きな治療効果が得られると判断した場合に限り算定する。

2 I の 3 の(40-2)を次のように改める。

ア リバース型については、腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用した場合に限り算定する。

イ 切換用を用いる場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

3 I の 3 の(44)に次のように加える。

ウ 特殊型・骨盤用（II）は、骨欠損等の状態に応じて適切な形状のものを必要最小限使用することとし、1回の手術に対し、2個を限度として算定する。

4 I の 3 の(47)に次のように加える。

ケ 脳血管用ステントセットは以下のいずれかの目的で使用した場合に限り算定できる。

　a 血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞又は切迫閉塞に対する緊急処置

　b 他に有効な治療法がないと判断される血管形成術後の再治療

5 I の 6 の(2)中「ペースメーカー」の前に「人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。）、人工内耳用材料、」を加え、「及びバルーン拡張型人工生体弁セット」を「、バルーン拡張型人工生体弁セット及びオープン型ステントグラフト」に改める。

6 I の 6 に次のように加える。

(3) 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」第3章第5節の規定に基づき、次の表に掲げる機能区分の特例の対象となる医療機器については、当該医療機器が新規収載されてから2回の改定を経るまでは、当該機能区分に属する他の既収載品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行った額を保険償還価格とするよう経過措置を設けたところである。なお、機能区分の特例の対象となる医

療機器が同一日に同じ機能区分に複数収載された場合については、それぞれを機能区分の特例の対象となる医療機器とした上で、当該機能区分に属する他の既収載品および同日収載品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行った額を保険償還価格とする。

機能区分	薬事法承認番号	新規収載日
040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） ④ 持続緩徐式血液ろ過器 ② 特殊型	22500BZX00401000	平成26年7月1日
133 血管内手術用カテーテル ⑨ 血栓除去用カテーテル ④ 脳血栓除去用 ウ 自己拡張型	22500BZX00543000 22600BZX00166000	平成26年7月1日
185 オープン型ステントグラフト	22600BZX00033000	平成26年7月1日

- 7 (別紙) 035の(2)の次に次のように加える。  
 (2-1) 一般型・長期留置型 尿管ステント一般II-2
- 8 (別紙) 061の(7-2)の次に次のように加える。  
 (7-3) 骨端用プレート（生体用合金I）・患者適合型 固定用内副子・FE-1-3
- 9 (別紙) 064の(2)を次のように改める。  
 (2) 脊椎プレート(S)・標準型 固定用内副子・FO-S-1
- 10 (別紙) 064の(2)の次に次のように加える。  
 (2-2) 脊椎プレート(S)・バスケット型 固定用内副子・FO-S-2
- 11 (別紙) 065の(3)を次のように改める。  
 (3) リバース型・上腕骨システム・標準型 人工肩関節・SR-1-1
- 12 (別紙) 065の(3)の次に次のように加える。  
 (3-2) リバース型・上腕骨システム・特殊型 人工肩関節・SR-1-2
- 13 (別紙) 065の(5)を次のように改める。  
 (5) リバース型・インサート・標準型 人工肩関節・SR-3-1
- 14 (別紙) 065の(5)の次に次のように加える。  
 (5-2) リバース型・インサート・特殊型 人工肩関節・SR-3-2

- 15 (別紙) 065の(7)を次のように改める。  
(7) リバース型・ベースプレート・標準型 人工肩関節・S R - 5 - 1
- 16 (別紙) 065の(7)の次に次のように加える。  
(7-2) リバース型・ベースプレート・特殊型 人工肩関節・S R - 5 - 2
- 17 (別紙) 065の(7-2)の次に次のように加える。  
(8) リバース型・切換用 人工肩関節・S R - 6
- 18 (別紙) 078の(16)を次のように改める。  
(16) 特殊型・骨盤用 (I) 人工骨・A B - 2 0 - 1
- 19 (別紙) 078の(16)の次に次のように加える。  
(16-2) 特殊型・骨盤用 (II) 人工骨・A B - 2 0 - 2
- 20 (別紙) 132の(3)を次のように改める。  
(3) 脳血管用・標準型 ガイディングカテ・脳血管・I
- 21 (別紙) 132の(3)の次に次のように加える。  
(3-2) 脳血管用・特殊型 ガイディングカテ・脳血管・II
- 22 (別紙) 133-(9)の(7)の次に次のように加える。  
(8) 脳血栓除去用・自己拡張型 血栓除去カテ・脳自己拡張

**「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」  
(平成26年3月5日保医発0305第7号) の一部改正について**

1 (別表) のIの手術を次のように改める。

**手術**

特定診療報酬算定医療機器の区分	定義			対応する診療報酬項目	
	薬事法承認上の位置付け		その他の条件		
	類別	一般的名称			
水圧式ナイフ	機械器具(12) 理学診療用器具	水圧式ナイフ	加圧した生理食塩水を用いてデブリードマンが可能なもの	K002	デブリードマン 注4 水圧式デブリードマン加算
経皮病変識別マーカ	医療用品(4) 整形用品	植込み型病変識別マーカ	放射線治療において、経皮的に留置する金属マーカであるもの	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
位置情報表示装置	機械器具(12) 理学診療用器具	手術用ナビゲーションユニット	定位手術の際、電磁場を用いて体内釘等の位置情報を表示するもの	K046	骨折観血的手術
骨電気刺激装置	機械器具(12) 理学診療用器具	電気骨折治療器	骨折の治癒促進を行うことが可能なもの	K047	腫瘍性骨折電磁波電気治療法
超音波骨折治療器	機械器具(12) 理学診療用器具	超音波骨折治療器	超音波を用いて骨折の治癒促進を行うことが可能なもの	K047-2	腫瘍性骨折超音波治療法
				K047-3	超音波骨折治療法
患者適合型変形矯正ガイド	機械器具(58) 整形用機械器具	患者適合型単回使用骨手術用機械	変形骨の矯正手術における患者適合型の骨切りガイドであるもの	K054	骨切り術 注 患者適合型変形矯正ガイド加算
				K057	変形治療骨折矯正手術 注 患者適合型変形矯正ガイド加算
体外衝撃波疼痛治療装置	機械器具(12) 理学診療用器具	体外衝撃波疼痛治療装置	体外衝撃波を用いて疼痛の治療を行うことが可能なもの	K096-2	体外衝撃波疼痛治療法
植込み型神経刺激装置リード・ドントロデューサーキット	機械器具(12) 理学診療用器具	植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレーター	仙骨神経刺激装置用リードを仙骨裂孔へ挿入・留置することが可能なものの	K190-6	仙骨神経刺激装置植込術
				K190-7	仙骨神経刺激装置交換術
縫内障治療用インプラント	医療用品(4) 整形用品	眼内ドレーン	縫内障の治療に用いるもの	K268	縫内障手術 4 縫内障治療用インプラント挿入術
眼科用光凝固装置	機械器具(31) 医療用焼灼器	眼科用レーザ光凝固装置 眼科用レーザ光凝固・バルスレーザ手術装置	眼科用レーザー光凝固装置であるものの	K270	虹彩光凝固術
				K271	毛様体光凝固術
				K273	晶角光凝固術
				K276	網膜光凝固術
網膜復位用ガス	医療用品(4) 整形用品	網膜復位用人工袖材	眼球内部より剥離した網膜を眼絡膜上に復位・固定するために、硝子体腔内に充填するガスであること	K276	網膜復位術
				K280	硝子体茎頭微鏡下離断術

					1 网膜付着組織を含むもの
				K281	増殖性硝子体網膜症手術
眼科用レーザ手術装置	機械器具 (31) 医療用焼灼器	眼科用パルスレーザ手術装置 眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置	後発白内障切開術が可能なものの 水晶体の破碎が可能なもの	K282-2	後発白内障手術 水晶体再建術
超音波白内障手術装置	機械器具 (12) 理学診療用器具 機械器具 (29) 電気手術器	白内障・硝子体手術装置 水晶体乳化術白内障摘出ユニット	水晶体の破砕が可能なもの	K282	水晶体再建術
前房レンズ 後房レンズ ヘパリン使用後房レンズ 多焦点後房レンズ 挿入器付後房レンズ	機械器具 (72) 視力補正用レンズ	前房レンズ 後房レンズ ヘパリン使用後房レンズ 多焦点後房レンズ 挿入器付後房レンズ	白内障に対する手術後の無水晶体眼の視力補正が可能なもの	282	水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合
水晶体離脱張りリング	医療用品 (4) 整形用品	眼科用離脱内リング	水晶体離脱の固定が可能なもの	K282	水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合
高周波電流電気手術器	機械器具 (29) 電気手術器	バイポーラ電極	高周波電流により凝固組織の切除及び凝固が可能なもの	K377	口蓋扁桃手術
心臓固定用圧子	機械器具 (42) 医療用剥離子	単回使用剥離器固定用圧子	心拍動下における心臓手術時に、心臓の特定部位の動きを制限するもの	K552-2	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）
植込み型医薬品注入器	機械器具 (74) 医薬品注入器	皮下用ポート及びカテーテル 長期的使用注入用植込みポート	繰り返し薬液投与を行うために体内に留置するもの	K611	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込み型カテーテル設置
レーザー手術装置 (I)	機械器具 (31) 医療用焼灼器	炭酸ガスレーザ ネオジミウム・ヤグレーザ エキシマレーザ 色素レーザ ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ 一酸化炭素レーザ エルビウム・ヤグレーザ ホルミウム・ヤグレーザ パルスホルミウム・ヤグレーザ アルゴン・クリプトンレーザ ルビーレーザ 銅蒸気レーザ 色素・アレキサンドライトレーザ クリプトンレーザ ダイオードレーザ	レーザーにより組織の凝固又は切開が可能なもの	K841-2	経尿道的レーザー前立腺切除術

		ヘリウム・カドミウムレーザ KTPレーザ			
レーザー手術装置（II）	機械器具（31）医療用焼灼器	PDTエキシマレーザ 装置	光線力学療法が可能な波長630nmのエキシマ・ダイレーザ又はYAG・OPOレーザーであるもの	K510-2	光線力学療法
				K526-3	内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法
				K653-4	内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法
				K872-5	子宮頸部初期癌又は肉形成光線力学療法
レーザー手術装置（III）	機械器具（12）理学診療用器具 機械器具（31）医療用焼灼器	体内挿入式レーザ結石破碎装置	経皮的尿路結石破碎が可能なもの	K781	経尿道的尿路結石除去術
		色素レーザ			
		ホルミウム・ヤグレーザ			
		パルスホルミウム・ヤグレーザ			
		色素・アレキサンドライトレーザ			
レーザー手術装置（IV）	機械器具（31）医療用焼灼器	ダイオードレーザ	下肢静脈瘤の治療が可能なもの	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術
	機械器具（29）電気手術器	治療用電気手術器	電気により血管及び組織の閉鎖又は剥離が可能なもの		
レーザー手術装置（V）	機械器具（31）医療用焼灼器	PDT半導体レーザ	原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学療法が可能なもの	K169	頭蓋内腫瘍摘出術 注2 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算
病変識別マーカ	医療用品（4）整形用品	植込み型病変識別マーカ	肺癌に対する放射線治療において、局所制御率の向上を目的に経内視鏡的に留置する金マーカであること	K509-3	気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術
心臓内三次元画像構築装置	機械器具（21）内臓機能検査用器具	心臓カテーテル用検査装置	体表面電極から発生する微弱な電気信号を体外式ベースメーカー用カテーテル電極（磁気センサーを有するものを除く。）等により検出し、三次元心腔内形状を作成し、これらのカテーテル電極にて検出した心電図との合成により三次元画像を構築することが可能なもの	K595	経皮的カテーテル心筋焼灼術（三次元カーマッピング加算）
磁気ナビゲーションシステム	機械器具（51）医療用導管及び体液誘導管	心臓マッピングシステム ワークステーション	磁場の方向を変化させることによりカテーテルの屈曲の制御が可能なもの	K595	経皮的カテーテル心筋焼灼術 注2 磁気ナビゲーション加算
体外型心臓ベースメーカー	機械器具（7）内臓機能代用器	侵襲式体外型心臓ベースメーカー 非侵襲式体外型心臓ベースメーカー 経食道体外型心臓ベースメーカー	不整脈の補正（心臓ペーシング）が可能なもの	K596	体外ベースメーキング術
マイクロ波手術器	機械器具（29）電気手術器	焼灼術用電気手術ユニット	マイクロ波により組織の止血及び凝固が可能なもの	K697-2	肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法

				K695	肝切除術
ラジオ波手術器	機械器具(29)電気手術器	治療用電気手術器	ラジオ波により組織の凝固が可能な もの	K697-3	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
冷凍手術器	機械器具(31)医療用焼灼器	汎用冷凍手術ユニット	組織の凍結及び壊死が可能なもの	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
結紮器及び縫合器	機械器具(30)結紮器及び縫合器	体内固定用組織ステーブル	直腸粘膜の環状切離及び吻合が可能 なもの	K743	痔核手術 5 PPH
体外式衝撃波結石破碎装置(Ⅰ)	機械器具(12)理学診療用器具	体外式結石破碎装置	胆石の破碎が可能なもの	K678	体外衝撃波胆石破碎術
		微小火薬挿入式結石破碎装置			
体外式衝撃波結石破碎装置(Ⅱ)	機械器具(12)理学診療用器具	体外式結石破碎装置	腎・尿管結石の破碎が可能なもの	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破碎術
		微小火薬挿入式結石破碎装置			
体外式衝撃波結石破碎装置(Ⅲ)	機械器具(12)理学診療用器具	体外式結石破碎装置	胆石及び腎・尿管結石の破碎が可能 なもの	K678	体外衝撃波胆石破碎術
		微小火薬挿入式結石破碎装置		K768	体外衝撃波腎・尿管結石破碎術
体外式衝撃波結石破碎装置(Ⅳ)	機械器具(12)理学診療用器具	体外式結石破碎装置	胆石、脾石及び腎・尿路結石の破碎 が可能なもの	K678	体外衝撃波胆石破碎術
				K699-2	体外衝撃波脾石破碎術
				K768	体外衝撃波腎・尿管結石破碎術
恥骨固定式膀胱頸部吊上術用装置	機械器具(30)結紮器及び縫合器	尿失禁挙上針	恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うこ とが可能なもの	K823	尿失禁手術 1 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行 うもの
経尿道的前立腺高温度治療装置	機械器具(12)理学診療用器具	高周波式ハイパーサーミアシス テム  マイクロ波ハイパーサーミアシス テム	経尿道的にアブリケータを挿入して 前立腺肥大組織を45度以上まで加温 することができるもの	K841-3	経尿道的前立腺高温度治療
超音波治療器	機械器具(12)理学診療用器具	超音波治療器	経肛門的にプローブを挿入して、超 音波により前立腺肥大組織を60度以 上まで加熱することができるもの	K841-4	焦点式高エネルギー超音波療法
分娩用吸引器	機械器具(32)医療用吸引器	分娩用吸引器 手動式分娩用吸引器	吸引娩出に用いられるもの	K893	吸引娩出術
胎児シャント	機械器具(51)医療用導管及び 液体導管	胎児胸水排出用シャント	胎児の胸水を母体の羊水腔に持続的 に排出することができるもの	K910-3	胎児胸腔・羊水腔シャント術
自家輸血装置	機械器具(7)内臓機能代用器	自己血回収装置 単回使用自己血回収キット	術野から血液を回収して、濃縮及び 洗浄又は遠心を行い、患者の体内に 戻すことが可能なもの	K923	術中術後自己血回収術
自己生体組織接着剤作成用機器	機械器具(7)内臓機能代用器	血漿成分分離用装置	貯血した自己由来の血漿から、生体 組織接着剤を調整するためのもの	K924	自己生体組織接着剤作成術
超音波手術器	機械器具(12)理学診療用器具	超音波手術器	超音波により組織の凝固、切開又は 破碎が可能なもの	K931	超音波凝固切開装置等加算
超音波吸引器	機械器具(12)理学診療用器具	超音波吸引器	超音波により組織の破碎、乳化又は	K931	超音波凝固切開装置等加算

			吸引が可能なもの		
電気手術器	機械器具（29）電気手術器	治療用電気手術器	電気により血管及び組織の閉鎖又は 剥離が可能なもの	K931	超音波凝固切開装置等加算
患者適合型手術支援ガイド	機械器具（68）整形用機械器具	患者適合型単回使用関節手術用器具	骨手術における患者適合型の手術支援ガイドであるもの	K939	画像等手術支援加算 3 患者適合型手術支援ガイドによるもの
手術用ロボット手術ユニット	機械器具（12）理学診療用器具	手術用ロボット手術ユニット	三次元画像を通して、術者の内視鏡手術器具操作を支援することが可能なもの	K939-4	内視鏡手術用支援機器加算

※下線のあるものが追加部分。

「特定保険医療材料の定義について」  
(平成26年3月5日保医発0305第8号) の一部改正について

- 1 別表のⅡの035②中「2区分」を「3区分」に、「6区分」を「7区分」に改める。
- 2 別表のⅡの035の①中「②」を「②及び③」に改める。
- 3 別表のⅡの035の③の⑥を⑦とし、⑤を⑥とし、④を⑤とし、③中「④」を「⑤」に改め、③を④とし、②の次に次のように加える。
  - ③ 一般型・長期留置型

次のいずれにも該当すること。

ア ステント両端がピッグテイル形状であること。

イ 金属製のものであること。
- 4 別表のⅡの040⑤を次のように改める。
  - ① 定義

薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的な名称が「持続緩徐式血液濾過器」であること。
  - ② 機能区分の考え方

構造、使用目的により、標準型(1区分)及び特殊型(1区分)の合計2区分に区分する。
  - ③ 機能区分の定義

ア 標準型  
次のいずれにも該当すること  
i 持続緩徐式血液ろ過に際して使用する血液ろ過器(回路を含む。)であること。  
ii イに該当しないこと。  
イ 特殊型  
次のいずれにも該当すること  
i 持続緩徐式血液ろ過に際して使用する血液ろ過器(回路を含む。)であること。  
ii サイトカイン吸着除去能を有し、重症敗血症及び敗血症性ショックの患者の病態の改善を目的として用いることができるものであること。
- 5 別表のⅡの061①中「「体内固定用プレート」」の次に「「患者適合型体内固定用プレート」」を加える。
- 6 別表のⅡの061②中「3区分」を「4区分」に、「18区分」を「19区分」に改める。
- 7 別表のⅡの061③中⑩を⑪にし、⑨を⑩にし、⑧の次に次のように加える。
  - ⑨ 骨端用プレート(生体用合金I)・患者適合型

次のいずれにも該当すること。

- ア 長管骨骨端部、距骨又は踵骨等の骨折の固定（矯正骨切り術用を含む。）に使用されるプレートであること。
- イ 材質がチタン合金であること。
- ウ 一端が使用部位の骨の形態に合致した形状であって、手術前に得た画像等により患者の骨に適合するよう設計されたものであること。

8 別表のⅡの061(3)⑦中「⑧」を「⑧及び⑨」に改め、⑥中「⑦から⑨」を「⑦から⑩」に改め、⑤中「⑦から⑨」を「⑦から⑩」に改め、⑧に次のように加える。  
ウ ⑨に該当しないこと

9 別表のⅡの064(2)中「脊椎プレート（2区分）」を「脊椎プレート（3区分）」に改め、「10区分」を「11区分」とする。

10 別表のⅡの064(3)②中「脊椎プレート（S）」を「脊椎プレート（S）・標準型」に改め、同②に次のように加える。  
ウ ③に該当しないこと

11 別表のⅡの064(3)中⑩を⑪とし、⑨を⑩とし、⑧を⑨とし、⑦を⑧とし、⑥を⑦とし、⑤を⑥とし、④を⑤とし、③を④とし、②の次に次のように加える。

③ 脊椎プレート（S）・バスケット型

次のいずれにも該当すること。

- ア 主として、頸椎を固定保持することを目的に使用するプレートであること。
- イ 脊椎スクリューと併用するものであること。
- ウ 移植骨を充填するバスケットを有するものであること。

12 別表のⅡの065(2)を次のように改める。

(2) 機能区分の考え方

人工肩関節用材料は、構造、使用目的及び使用部位により肩甲骨側（2区分）、上腕骨側（2区分）、リバース型（8区分）及び切換用（1区分）の合計13区分に区分する。

13 別表のⅡの065(3)を次のように改める。

(3) 機能区分の定義

① 肩甲骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。

- ア 肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイドコンポーネント（単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。）であること。
- イ ②及び⑩から⑫までに該当しないこと。

② 肩甲骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ （略）

ウ ⑩から⑫までに該当しないこと。

③ 上腕骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア （略）

イ ④から⑧までに該当しないこと。

④ 上腕骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑤から⑧までに該当しないこと。

⑤ リバース型・上腕骨システム・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑥に該当しないこと。

⑥ リバース型・上腕骨システム・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 膝板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節であること。

イ インサートを支持することを目的として人工肩関節置換術等の際に上腕骨側に使用するシステム（インサートと組みあわせるための部品を含む。）であること。

ウ 肩甲骨ノッティングを低減するために⑨と組みあわせて使用することにより、ネック・シャフト角を調節できるものであること。

エ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

ポーラス状のタンタルによる表面加工

⑦ リバース型・スペーサー

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑧ リバース型・インサート・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑨に該当しないこと。

⑨ リバース型・インサート・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 膝板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節であること。

イ 上腕骨システムと組みあわせて使用し、関節摺動面を確保することであること。

ウ 上腕骨又は肩甲骨に直接設置するものではないこと。

エ 肩甲骨ノッティングを低減するために⑥と組みあわせて使用することにより、ネック・シャフト角を調節できるものであること。

⑩ リバース型・関節窩ヘッド

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑪ リバース型・ベースプレート・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑫に該当しないこと。

⑫ リバース型・ベースプレート・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 膝板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節であること。

イ スクリューによって肩甲骨に固定され、関節窩ヘッドを支持するもの（組み合わせて使用するスクリューを含む。）であること。

ウ 関節窩ヘッドの設置位置を側方移動するためのベースプレートパッドを有すること。

エ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

ポーラス状のタンタルによる表面加工

⑬ 切換用

リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等によりリバース型組み合わせの設置が困難であると判断された場合に、緊急的に従来型の組み合わせに切り換えるために用いるものであること。

14 別表のⅡの078(2)中「1区分」を「2区分」に改め、「19区分」を「20区分」に改める。

15 別表のⅡの078(3)⑭ウ中「⑯」を「⑯及び⑰」に改め、⑮イ中「⑭及び⑯」を「⑭、⑯及び⑰」に改め、⑯の次に次のように加える。

㉚ 特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 骨盤に生じた骨欠損部を補修又は補填することを目的とした人工骨インプラントであること。

イ 人工股関節置換術（再置換術を含む。）の際に使用する材料であること。

ウ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

ポーラス状のタンタル

16 別表のⅡの078(3)⑯に次のように加える。

エ ㉚に該当しないこと。

17 別表のⅡの090(1)②を次のように改める。

② 補聴器では症状の改善が見られない高度感音性難聴又は補聴器では十分な症状改善が得られない低音域に残存聴力を有する高音急墜型聴力像を呈する感音難聴に対して、人工内耳植込術を実施するに際し、聴力改善を目的に使用すること。

18 別表のⅡの090(2) 中「人工内耳用音声信号処理装置（1区分）」を「人工内耳用音声信号処理装置（2区分）」に改め、「7区分」を「8区分」に改める。

19 別表のⅡの090(3) ②を次のように改める。

② 人工内耳用音声信号処理装置

ア 人工内耳用音声信号処理装置・標準型

次のいずれにも該当すること。

i マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換する装置であること。

ii イに該当しないこと。

イ 人工内耳用音声信号処理装置・残存聴力活用型

マイクロホンで受信した音声のうち、高音域をデジタル信号に変換し、低音響刺激機能のある構成品に送る装置であること。

20 別表のIIの112(2) 中「11区分」を「12区分」に改める。

21 別表のIIの112(3)中⑪を⑫とし、⑧オ中「⑪」を「⑫」に改め、⑦エ中「⑧及び⑪」を「⑧及び⑫」に改め、⑩の次に次のように加える。

⑪ トリプルチャンバ(II型)・4極用

次のいずれにも該当すること。

ア トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。

イ レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。

エ 接続する左室リードの電極が4極であること。

22 別表のIIの112(3)⑨及び⑩を次のように改める。

⑨ トリプルチャンバ(II型)・単極用又は双極用・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ(略)

エ 接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。

オ ⑩に該当しないものであること。

⑩ トリプルチャンバ(II型)・単極用又は双極用・MR I 対応型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ(略)

エ 接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。

オ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラの装置によるMR I 検査が可能となる構造・機能を有するものであること。

23 別表のIIの123(1)②中「心筋焼灼用」を「心筋焼灼用又は冷凍アブレーション用」に改める。

24 別表のIIの123(2)中「標準型及びイリゲーション型」を「標準型、イリゲーション型及び冷凍アブレーション用」に改め、「2区分」を「3区分」に改める。

25 別表のIIの123(3)②の次に次のように加える。

③ 冷凍アブレーション用

ア 冷凍アブレーション用・バルーン型

薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療を目的として使用する冷凍アブレーション用のバルーンカテーテルであること。

イ 冷凍アブレーション用・補完型

薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療を目的とするバルーンカテーテルを用いた冷凍アブレーションを補完するために使用するカーテー

テルであること。

26 別表のⅡの132(2)中「冠動脈用」を「冠動脈用（1区分）」に改め、「腹部四肢末梢用及び脳血管用」を「腹部四肢末梢用（1区分）及び脳血管用（2区分）」に改め、「3区分」を「4区分」に改める。

27 別表のⅡの132(3)③を次のように改める。

③ 脳血管用

ア 脳血管用・標準型

次のいずれにも該当すること。

- i 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
- ii イに該当しないこと。

イ 脳血管用・特殊型

次のいずれにも該当すること。

- i 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
- ii 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。

28 別表のⅡの133(1)中「血栓除去用カテーテル（7区分）」を「血栓除去用カテーテル（8区分）」に改め、「冠動脈カテーテル交換用カテーテル（1区分）及び体温調節用カテーテル（1区分）」を「冠動脈カテーテル交換用カテーテル（1区分）、体温調節用カテーテル（1区分）及び脳血管用ステントセット（1区分）」に改め、「47区分」を「49区分」に改める。

29 別表のⅡの133(10)②中「2区分」を「3区分」に改め、「7区分」を「8区分」に改める。

30 別表のⅡの133(10)③に次のように加える。

iii 自己拡張型

次のいずれにも該当すること。

- a 脳血栓を除去することを目的として使用するカテーテルであること。
- b 自己拡張能を持つ網状のワイヤーを有すること。

31 別表のⅡの133(2)の次に次のように加える。

(22)脳血管用ステントセット

定義

次のいずれにも該当すること

- ① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具（07）内蔵機能代用器」であって、一般的な名称が「脳動脈ステント」であること。
- ② 頭蓋内動脈狭窄症に対するバルーン拡張式血管形成術用カテーテルを用いた経皮的血管形成術において、血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞若しくは切迫閉塞に対する緊急処置又は他に有効な治療法がない場合の血管形成術後の再治療を目的として使用するバルーンカテーテルであること。

32 別表のⅡの146(2)中「腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）（1区分）を

「腹部大動脈ステントグラフト（メイン部分）（2区分）」に改め、「5区分」を「6区分」に改める。

33 別表のⅡの146(2)中⑤を⑥とし、④を⑤とし、③を④とし、②を③とし、①中「腹部大動脈ステントグラフト（メイン部分）」を「腹部大動脈ステントグラフト・標準型」に改め、①の次に次のように加える。

② 腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・AUI型  
次のいずれにも該当すること。

ア 腹部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。

イ 腹部大動脈から片側総腸骨動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。

34 別表のⅡの184の次に次のように加える。

185 オープンステントグラフト

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具（7）内臓機能代用器」であつて、一般的の名称が「大動脈用ステントグラフト」であること。

(2) 大動脈疾患の治療を目的に開胸手術により挿入され、体内に留置するステントグラフトであること。

(参考)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号)の一部改正について  
(傍線の部分は改正部分)

改 正 後	現 行
<p>別添1</p> <p>医科診療報酬点数表に関する事項</p> <p>第2章 特掲診療料</p> <p>第9部 処置</p> <p>第1節 処置料 (一般処置)</p> <p>J 0 3 8 - 2 持続緩徐式血液濾過</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 持続緩徐式血液濾過は、腎不全のほか、重症急性腎炎、<u>重症敗血症</u>、劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者に対しても算定できる。ただし、重症急性腎炎及び<u>重症敗血症</u>の患者に対しては一連につき概ね8回を限度とし、劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者に対しては一連につき月10回を限度として3月間に限って算定する。</p> <p>(3)～(6) (略)</p> <p>第10部 手術</p> <p>第1節 手術料</p> <p>第3款 神経系・頭蓋</p> <p>K 1 7 8 - 2 経皮的脳血管形成術</p> <p>(1) 頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。</p>	<p>別添1</p> <p>医科診療報酬点数表に関する事項</p> <p>第2章 特掲診療料</p> <p>第9部 処置</p> <p>第1節 処置料 (一般処置)</p> <p>J 0 3 8 - 2 持続緩徐式血液濾過</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 持続緩徐式血液濾過は、腎不全のほか、重症急性腎炎、劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者に対しても算定できる。ただし、重症急性腎炎の患者に対しては一連につき概ね8回を限度とし、劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者に対しては一連につき月10回を限度として3月間に限って算定する。</p> <p>(3)～(6) (略)</p> <p>第10部 手術</p> <p>第1節 手術料</p> <p>第3款 神経系・頭蓋</p> <p>K 1 7 8 - 2 経皮的脳血管形成術</p> <p>頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。</p>

(2) 脳血管用ステントセットを用いて経皮的脳血管ステント留置術を行った場合は、本区分の所定点数に準じて算定する。その場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

#### 第4款 眼

##### K 282 水晶体再建術

(1)～(4) (略)

(5) チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体囊拡張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合は、水晶体囊拡張リングの縫着を行った場合は「1」の「イ」の所定点数に準じて、水晶体囊拡張リングの縫着を行っていない場合は「1」の「ロ」の所定点数に準じて算定する。なお、水晶体囊拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。

#### 第7款 胸部

##### K 560 大動脈瘤切除術

(1)～(4) (略)

(5) オープン型ステントグラフトを直視下に挿入し、中枢側血管又は中枢側人工血管と吻合した場合は、術式に応じて本区分のいずれかの所定点数に準じて算定する。

##### K 595 経皮的カテーテル心筋焼灼術

(1)～(3) (略)

(4) 経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術を実施した場合は、本区分の所定点数を算定する。その場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

#### 第4款 眼

##### K 282 水晶体再建術

(1)～(4) (略)

#### 第7款 胸部

##### K 560 大動脈瘤切除術

(1)～(4) (略)

##### K 595 経皮的カテーテル心筋焼灼術

(1)～(3) (略)

(参考)

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成 26 年 3 月 5 日保医発 0305 第 5 号) の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改 正 後	現 行
<p>I 診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）（以下「算定方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項</p> <p>3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）に係る取扱い</p> <p>(1)～(3) (略)</p> <p>(3-3) 固定用内副子（プレート）</p> <p>ア ストレートプレート（生体用合金 I・S）及びストレートプレート（生体用合金 I・L）を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する項目を記載すること。</p> <p>a 高度肥満（BMI 30 以上）の患者</p> <p>b インスリン依存型糖尿病の患者</p> <p>c 重症ハイリスク症例と考えられる患者（高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立時・歩行時に上肢に体重をかける必要のある脳神経疾患患者等）</p> <p>イ 骨端用プレート（生体用合金 I）・患者適合型は、医師が患者適合型以外のプレートでは十分な治療効果が得られないと判断した場合又は患者適合型以外のプレートを使用した場合に比べ大きな治療効果が得られると判断した場合に限り算定する。</p> <p>(3)～(4) (略)</p> <p>(4-4) 人工肩関節用材料</p> <p>ア リバース型については、腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用した場合に限り算定する。</p> <p>イ 切換用を用いる場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要</p>	<p>I 診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）（以下「算定方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項</p> <p>3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）に係る取扱い</p> <p>(1)～(3) (略)</p> <p>(3-3) 固定用内副子（プレート）</p> <p>ストレートプレート（生体用合金 I・S）及びストレートプレート（生体用合金 I・L）を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する項目を記載すること。</p> <p>ア 高度肥満（BMI 30 以上）の患者</p> <p>イ インスリン依存型糖尿病の患者</p> <p>ウ 重症ハイリスク症例と考えられる患者（高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立時・歩行時に上肢に体重をかける必要のある脳神経疾患患者等）</p> <p>(3)～(4) (略)</p> <p>(4-4) 人工肩関節用材料</p> <p>リバース型については、腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用した場合に限り算定する。</p>

欄に記載すること。

(4)～(6) (略)

(4) 人工骨

ア～イ (略)

ウ 特殊型・骨盤用（II）は、骨欠損等の状態に応じて適切な形状のものを必要最小限使用することとし、1回の手術に対し、2個を限度として算定する。

(4)～(6) (略)

(6) 血管内手術用カテーテル

ア～ク (略)

ケ 脳血管用ステントセットは以下のいずれかの目的で使用した場合に限り算定できる。

a 血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞又は切迫閉塞に対する緊急処置

b 他に有効な治療法がないと判断される血管形成術後の再治療

(6)～(10) (略)

## 6 経過措置について

(1) (略)

(2) 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」第3章第4節及び第4章3の規定に基づき、人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。）、人工内耳用材料、ペースメーカー、体外式ペースメーカー用カテーテル電極、植込型除細動器、心臓手術用カテーテル、両室ペーシング機能付き植込型除細動器、大動脈用ステントグラフト、カプセル型内視鏡、バルーン拡張型人工生体弁セット及びオープン型ステントグラフトの機能区分における迅速な保険導入に係る評価を受けた医療機器について、当該機器が新規収載された日から2年間に限り、当該医療機器の属する機能区分の基準材料価格に当該評価を加算した額を保険償還価格とするよう経過措置を設けたところである。

(4)～(6) (略)

(4) 人工骨

ア～イ (略)

(4)～(6) (略)

(6) 血管内手術用カテーテル

ア～ク (略)

(6)～(10) (略)

## 6 経過措置について

(1) (略)

(2) 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」第3章第4節及び第4章3の規定に基づき、ペースメーカー、体外式ペースメーカー用カテーテル電極、植込型除細動器、心臓手術用カテーテル、両室ペーシング機能付き植込型除細動器、大動脈用ステントグラフト、カプセル型内視鏡及びバルーン拡張型人工生体弁セットの機能区分における迅速な保険導入に係る評価を受けた医療機器について、当該医療機器が新規収載された日から2年間に限り、当該医療機器の属する機能区分の基準材料価格に当該評価を加算した額を保険償還価格とするよう経過措置を設けたところである。

(3) 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」第3章第5節の規定に基づき、次の表に掲げる機能区分の特例の対象となる医療機器については、当該医療機器が新規収載されてから2回の改定を経るまでは、当該機能区分に属する他の既収載品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行った額を保険償還価格とするよう経過措置を設けたところである。なお、機能区分の特例の対象となる医療機器が同一日に同じ機能区分に複数収載された場合については、それぞれを機能区分の特例の対象となる医療機器とした上で、当該機能区分に属する他の既収載品および同日収載品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行った額を保険償還価格とする。

機能区分	薬事法承認番号	新規収載日
<u>040 人工腎臓用特定保険 医療材料（回路を含む。）</u> <u>(4) 持続緩徐式血液ろ過 器</u> <u>② 特殊型</u>	<u>22500BZX00401000</u>	<u>平成 26 年 7 月 1 日</u>
<u>133 血管内手術用カーテル</u> <u>(9) 血栓除去用カーテル</u> <u>④ 脳血栓除去用</u> <u>ウ 自己拡張型</u>	<u>22500BZX00543000</u> <u>22600BZX00166000</u>	<u>平成 26 年 7 月 1 日</u>
<u>185 オープン型ステント グラフト</u>	<u>22600BZX00033000</u>	<u>平成 26 年 7 月 1 日</u>

(参考)

## 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第5号) (別紙) の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改 正 後

現 行

(別紙)

(別紙)

告示名	略称	告示名	略称
<b>035 尿管ステントセット</b> (1) 一般型・標準型 (2) 一般型・異物付着防止型 <u>(2-2) 一般型・長期留置型</u> (3) 外接用・腎孟留置型・標準型 (4) 外接用・腎孟留置型・異物付着防止型 (5) 外接用・尿管留置型 (6) エンドバイロトミー用	尿管ステント一般 I 尿管ステント一般 II <u>尿管ステント一般 II-2</u> 尿管ステント外瘻 I 尿管ステント外瘻 II 尿管ステント外瘻 III 尿管ステントエンドバイロトミー	<b>035 尿管ステントセット</b> (1) 一般型・標準型 (2) 一般型・異物付着防止型  <u>(3) 外瘻用・腎孟留置型・標準型</u> <u>(4) 外瘻用・腎孟留置型・異物付着防止型</u> <u>(5) 外瘻用・尿管留置型</u> <u>(6) エンドバイロトミー用</u>	尿管ステント一般 I 尿管ステント一般 II  尿管ステント外瘻 I 尿管ステント外瘻 II 尿管ステント外瘻 III 尿管ステントエンドバイロトミー
<b>061 固定用内副子(プレート)</b> (1) ストレートプレート(生体用合金I・S) (2) ストレートプレート(生体用合金I・L) (3) ストレートプレート(生体用合金II・S) (4) ストレートプレート(生体用合金II・L) (5) 有角プレート(生体用合金I) (6) 有角プレート(生体用合金II) (7) 骨端用プレート(生体用合金I)・標準型 <u>(7-2) 骨端用プレート(生体用合金I)・内外反変形矯正用(小児)</u> <u>(7-3) 骨端用プレート(生体用合金I)・患者適合型</u> (8) 骨端用プレート(生体用合金II) (9) その他のプレート  ① 標準・指骨・頭蓋骨・顔面骨、上下頸骨用・ストレート型・異形型 ② 標準・指骨・頭蓋骨・顔面骨、上下頸骨用・メッシュ型 ③ 標準・下頸骨・骨盤再建用・標準型 ③-2 標準・下頸骨・骨盤再建用・三次元型 ④ 標準・人工頸関節用 ⑤ 標準・頭蓋骨閉鎖用・バーホール型 ⑥ 標準・頭蓋骨閉鎖用・クランプ型 ⑦ 特殊・骨延長用 ⑧ 特殊・スクリュー非使用型	固定用内副子・FC-1-S 固定用内副子・FC-1-L 固定用内副子・FC-2-S 固定用内副子・FC-2-L 固定用内副子・FD-1 固定用内副子・FD-2 固定用内副子・FE-1 固定用内副子・FE-1-2 <u>固定用内副子・FE-1-3</u> 固定用内副子・FE-2  固定用内副子・F2-a-1 固定用内副子・F2-a-2 固定用内副子・F2-b 固定用内副子・F2-b-2 固定用内副子・F2-c 固定用内副子・F2-d-1 固定用内副子・F2-d-2 固定用内副子・F2-e 固定用内副子・F2-f	<b>061 固定用内副子(プレート)</b> (1) ストレートプレート(生体用合金I・S) (2) ストレートプレート(生体用合金I・L) (3) ストレートプレート(生体用合金II・S) (4) ストレートプレート(生体用合金II・L) (5) 有角プレート(生体用合金I) (6) 有角プレート(生体用合金II) (7) 骨端用プレート(生体用合金I)・標準型 <u>(7-2) 骨端用プレート(生体用合金I)・内外反変形矯正用(小児)</u> (8) 骨端用プレート(生体用合金II) (9) その他のプレート  ① 標準・指骨・頭蓋骨・顔面骨、上下頸骨用・ストレート型・異形型 ② 標準・指骨・頭蓋骨・顔面骨、上下頸骨用・メッシュ型 ③ 標準・下頸骨・骨盤再建用・標準型 ③-2 標準・下頸骨・骨盤再建用・三次元型 ④ 標準・人工頸関節用 ⑤ 標準・頭蓋骨閉鎖用・バーホール型 ⑥ 標準・頭蓋骨閉鎖用・クランプ型 ⑦ 特殊・骨延長用 ⑧ 特殊・スクリュー非使用型	固定用内副子・FC-1-S 固定用内副子・FC-1-L 固定用内副子・FC-2-S 固定用内副子・FC-2-L 固定用内副子・FD-1 固定用内副子・FD-2 固定用内副子・FE-1 固定用内副子・FE-1-2  固定用内副子・FE-2  固定用内副子・F2-a-1 固定用内副子・F2-a-2 固定用内副子・F2-b 固定用内副子・F2-b-2 固定用内副子・F2-c 固定用内副子・F2-d-1 固定用内副子・F2-d-2 固定用内副子・F2-e 固定用内副子・F2-f
<b>064 脊椎固定用材料</b> (1) 脊椎ロッド (2) 脊椎プレート(S)・標準型 <u>(2-2) 脊椎プレート(S)・バスケット型</u> (3) 脊椎プレート(L)	固定用内副子・FM 固定用内副子・FO-S-1 <u>固定用内副子・FO-S-2</u> 固定用内副子・FO-L	<b>064 脊椎固定用材料</b> (1) 脊椎ロッド (2) 脊椎プレート(S)  (3) 脊椎プレート(L)	固定用内副子・FM 固定用内副子・FO-S  固定用内副子・FO-L

(4) 椎体フック (6) 脊椎スクリュー (固定型) (6) 脊椎スクリュー (可動型) (7) 脊椎コネクター (8) トランスポース固定器 (9) 椎体ステーブル (10) 椎体ワッシャー	固定用内副子・FP 固定用内副子・FQ-F 固定用内副子・FQ-V 固定用内副子・FS 固定用内副子・FT 固定用内副子・FU 固定用内副子・F3-a	(4) 椎体フック (6) 脊椎スクリュー (固定型) (6) 脊椎スクリュー (可動型) (7) 脊椎コネクター (8) トランスポース固定器 (9) 椎体ステーブル (10) 椎体ワッシャー	固定用内副子・FP 固定用内副子・FQ-F 固定用内副子・FQ-V 固定用内副子・FS 固定用内副子・FT 固定用内副子・FU 固定用内副子・F3-a
065 人工肩関節用材料 (1) 肩甲骨側材料・標準型 (1-2) 肩甲骨側材料・特殊型 (2) 上腕骨側材料・標準型 (2-2) 上腕骨側材料・特殊型 (3) リバース型・上腕骨システム・標準型 (3-2) リバース型・上腕骨システム・特殊型 (4) リバース型・スペーサー (5) リバース型・インサート・標準型 (5-2) リバース型・インサート・特殊型 (6) リバース型・関節窓ヘッド (7) リバース型・ベースプレート・標準型 (7-2) リバース型・ベースプレート・特殊型 (8) リバース型・切換用	人工肩関節・SG-1 人工肩関節・SG-1-2 人工肩関節・SH-2 人工肩関節・SH-2-2 人工肩関節・SR-1-1 人工肩関節・SR-1-2 人工肩関節・SR-2 人工肩関節・SR-3-1 人工肩関節・SR-3-2 人工肩関節・SR-4 人工肩関節・SR-5-1 人工肩関節・SR-5-2 人工肩関節・SR-6	065 人工肩関節用材料 (1) 肩甲骨側材料・標準型 (1-2) 肩甲骨側材料・特殊型 (2) 上腕骨側材料・標準型 (2-2) 上腕骨側材料・特殊型 (3) リバース型・上腕骨システム (4) リバース型・スペーサー (5) リバース型・インサート (6) リバース型・関節窓ヘッド (7) リバース型・ベースプレート (8) リバース型・切換用	人工肩関節・SG-1 人工肩関節・SG-1-2 人工肩関節・SH-2 人工肩関節・SH-2-2 人工肩関節・SR-1 人工肩関節・SR-2 人工肩関節・SR-3 人工肩関節・SR-4 人工肩関節・SR-5 人工肩関節・SR-6
078 人工骨 (1) 汎用型・非吸収型・顆粒・フィラー (2) 汎用型・非吸収型・多孔体 (3) 汎用型・非吸収型・骨形成促進型 (4) 汎用型・非吸収型・形状試形型 (5) 汎用型・吸収型・顆粒・フィラー (6) 汎用型・吸収型・多孔体・一般型 (6-2) 汎用型・吸収型・多孔体・蛋白質配合型 (7) 専用型・人工耳小骨 (8) 専用型・開頭穿孔術用 (9) 専用型・頸蓋骨・喉頭気管用 (10) 専用型・椎弓・棘間用 (11) 専用型・椎体固定用・1椎体用 (12) 専用型・椎体固定用・その他 (13) 専用型・骨盤用・腰骨接用 (14) 専用型・骨盤用・その他 (15) 専用型・肋骨・胸骨・四肢骨用 (15-2) 専用型・椎体骨創部閉鎖用 (15-3) 専用型・スクリュー併用用	人工骨・AB-01 人工骨・AB-02 人工骨・AB-03 人工骨・AB-04 人工骨・AB-05 人工骨・AB-06 人工骨・AB-06-2 人工骨・AB-07 人工骨・AB-10 人工骨・AB-11 人工骨・AB-13 人工骨・AB-14 人工骨・AB-15 人工骨・AB-16 人工骨・AB-17 人工骨・AB-19 人工骨・AB-19-2 人工骨・AB-19-3	078 人工骨 (1) 汎用型・非吸収型・顆粒・フィラー (2) 汎用型・非吸収型・多孔体 (3) 汎用型・非吸収型・骨形成促進型 (4) 汎用型・非吸収型・形状試形型 (5) 汎用型・吸収型・顆粒・フィラー (6) 汎用型・吸収型・多孔体・一般型 (6-2) 汎用型・吸収型・多孔体・蛋白質配合型 (7) 専用型・人工耳小骨 (8) 専用型・開頭穿孔術用 (9) 専用型・頸蓋骨・喉頭気管用 (10) 専用型・椎弓・棘間用 (11) 専用型・椎体固定用・1椎体用 (12) 専用型・椎体固定用・その他 (13) 専用型・骨盤用・腰骨接用 (14) 専用型・骨盤用・その他 (15) 専用型・肋骨・胸骨・四肢骨用 (15-2) 専用型・椎体骨創部閉鎖用 (15-3) 専用型・スクリュー併用用	人工骨・AB-01 人工骨・AB-02 人工骨・AB-03 人工骨・AB-04 人工骨・AB-05 人工骨・AB-06 人工骨・AB-06-2 人工骨・AB-07 人工骨・AB-10 人工骨・AB-11 人工骨・AB-13 人工骨・AB-14 人工骨・AB-15 人工骨・AB-16 人工骨・AB-17 人工骨・AB-19 人工骨・AB-19-2 人工骨・AB-19-3

(16) 特殊型・骨盤用 (I) (16-2) 特殊型・骨盤用 (II)	人工骨・AB-20-1 人工骨・AB-20-2	(16) 特殊型	人工骨・AB-20
132 ガイディングカテーテル (1) 冠動脈用 (2) 腹部四肢末梢用 (3) 脳血管用・標準型 (3-2) 脳血管用・特殊型	ガイディングカテ・冠動脈 ガイディングカテ・腹部四肢 ガイディングカテ・脳血管・I ガイディングカテ・脳血管・II	132 ガイディングカテーテル (1) 冠動脈用 (2) 腹部四肢末梢用 (3) 脳血管用	ガイディングカテ・冠動脈 ガイディングカテ・腹部四肢 ガイディングカテ・脳血管
133-(9) 血栓除去用カテーテル (1) バルーン付き・一般型 (2) バルーン付き・極細型 (3) バルーン付き・ダブルルーメン (4) 残存血栓除去用 (5) 経皮的血栓除去用 (6) 脳血栓除去用・ワイヤー型 (7) 脳血栓除去用・破碎吸引型 (8) 脳血栓除去用・自己拡張型	血栓除去カテ・バルーン一般 血栓除去カテ・バルーン極細 血栓除去カテ・バルーンDL 血栓除去カテ・残存 血栓除去カテ・経皮 血栓除去カテ・脳ワイヤー 血栓除去カテ・脳破碎吸引 血栓除去カテ・脳自己拡張	133-(9) 血栓除去用カテーテル (1) バルーン付き・一般型 (2) バルーン付き・極細型 (3) バルーン付き・ダブルルーメン (4) 残存血栓除去用 (5) 経皮的血栓除去用 (6) 脳血栓除去用・ワイヤー型 (7) 脳血栓除去用・破碎吸引型	血栓除去カテ・バルーン一般 血栓除去カテ・バルーン極細 血栓除去カテ・バルーンDL 血栓除去カテ・残存 血栓除去カテ・経皮 血栓除去カテ・脳ワイヤー 血栓除去カテ・脳破碎吸引

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」

(傍線の部分は改正部分)

1 (別表1) のIの手術を次のように改める。

改 正 後

I 医科点数表関係

現 行

(別表)

手術

手術

特定診療報酬算定医療機器の区分	正 間		対応する診療報酬項目	特定診療報酬算定医療機器の区分	正 間		対応する診療報酬項目
	割合	一般的名称			割合	一般的名称	
水圧式ナイフ	器械器具 (12) 理学療用器具 水圧式ナイフ	水圧式ナイフ	加圧した生理食塩水を用いてデブリードマンが可能なもの	K K002 デブリードマン 注4 水圧式デブリードマン加算	水圧式ナイフ	器械器具 (12) 理学療用器具 水圧式ナイフ	加圧した生理食塩水を用いてデブリードマンが可能なもの
経皮病変識別マーカ	医療用品 (4) 整形用品 被込み型病変識別マーカ	被込み型病変識別マーカ	放射線治療において、絶対的に留置する金属マーカであるもの	K K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカ留置器具	経皮病変識別マーカ	医療用品 (4) 整形用品 被込み型病変識別マーカ	放射線治療において、絶対的に留置する金属マーカであるもの
骨質溶解除去装置	器械器具 (12) 理学療用器具 手術用ナビゲーションニ	手術用ナビゲーションニ	定位手術の際、立体場を用いて	K K045 骨折創の手術	骨折創の手術	器械器具 (12) 理学療用器具 手術用ナビゲーションニ	骨折創の手術
骨質溶解除去装置	器械器具 (12) 理学療用器具 骨質溶解除去装置	骨質溶解除去装置	骨折の治療促進を行うことが可能なもの	K K047 骨折性骨溶解抑制装置及び骨化法	骨質溶解抑制装置	器械器具 (12) 理学療用器具 骨質溶解除去装置	骨質溶解抑制装置
超音波骨折治療器	器械器具 (12) 理学療用器具 超音波骨折治療器	超音波骨折治療器	超音波を用いて骨折の治療促進を行うことが可能なもの	K K047-2 骨折性骨溶解抑制装置及び骨化法	超音波骨折治療器	器械器具 (12) 理学療用器具 超音波骨折治療器	超音波骨折治療器
				K K047-3 超音波骨折治療法			
患者適合型変形矯正ガイド	器械器具 (50) 整形用器械器具 患者適合型單回使用骨平滑用器具	患者適合型骨平滑用器具	整形骨の矯正手術における患者適合型の骨切りガイドであるもの	K K054 骨切り術 注 患者適合型変形矯正ガイド加算	患者適合型変形矯正ガイド	器械器具 (50) 整形用器械器具 患者適合型單回使用骨平滑用器具	整形骨の矯正手術における患者適合型の骨切りガイドであるもの
				K K057 改形骨切削矯正手術			
体外制御骨折治療装置	器械器具 (12) 理学療用器具 体外制御骨折治療装置	体外制御骨折治療装置	体外制御装置を用いて床頭のため	K K098-2 体外制御骨折治療装置	体外制御骨折治療装置	器械器具 (12) 理学療用器具 体外制御骨折治療装置	体外制御骨折治療装置
骨内型神経刺激装置リード	器械器具 (12) 理学療用器具 医療用スティミューラー	医療用スティミューラー	山骨神経刺激装置用リードを山骨神経刺激装置に接続することができる	K K190-5 山骨神経刺激装置用リード	山骨神経刺激装置用リード	器械器具 (12) 理学療用器具 医療用スティミューラー	山骨神経刺激装置用リード
骨内型骨用インプラント	医療用品 (4) 整形用品 骨用インプラント	骨内ドレン	骨内ドレンの位置に用いるもの	K K190-6 山骨神経刺激装置用リード	山骨神経刺激装置用リード	器械器具 (12) 理学療用器具 医療用スティミューラー	山骨神経刺激装置用リード
顎用光凝固装置	器械器具 (31) 医療用焼灼器 顎用光凝固装置	顎用光凝固装置	顎用レーザ光凝固装置であるもの	K K270 顎用光凝固装置	顎用光凝固装置	器械器具 (31) 医療用焼灼器 顎用レーザ光凝固装置であるもの	顎用光凝固装置
				K K271 顎用光凝固装置			
				K K273 顎角光凝固装置			
				K K276 顎用光凝固装置			
顎頭復位用ガス	医療用品 (4) 整形用品 顎頭復位用人工筋膜材	顎頭復位用人工筋膜材	顎頭内部より剥離した筋膜を顎頭上に復位・固定するため、筋子体内腔に充填するガスであること	K K278 顎頭復位術	顎頭復位用ガス	医療用品 (4) 整形用品 顎頭復位用人工筋膜材	顎頭内部より剥離した筋膜を顎頭上に復位・固定するため、筋子体内腔に充填するガスであること
				K K280 筋子体腔剥離下顎頭手術 1 筋子付着組織を含むもの			
				K K281 増殖性筋子体腔剥離手術			
顎科用レーザ手術装置	器械器具 (31) 医療用焼灼器 顎科用レーザ手術装置	顎科用レーザ手術装置	後発白内障切開術が可能なもの	K K282-2 後発白内障手術	顎科用レーザ手術装置	器械器具 (31) 医療用焼灼器 顎科用レーザ手術装置	後発白内障切開術が可能なもの
超音波白内障手術装置	器械器具 (12) 理学療用器具 器械器具 (29) 電気手術器	白内障・弱視手術装置 水晶体乳化術白内障摘出ユニット	水晶体の破壊が可能なもの	K K282 水晶体再建術	超音波白内障手術装置	器械器具 (12) 理学療用器具 器械器具 (29) 電気手術器	水晶体の破壊が可能なもの
前房レンズ 後房レンズ ヘーリン使用後房レンズ 多焦点後房レンズ	器械器具 (72) 視力補正用レンズ 前房レンズ 後房レンズ ヘーリン使用後房レンズ 多焦点後房レンズ	前房レンズ 後房レンズ ヘーリン使用後房レンズ 多焦点後房レンズ	白内障に対する手術後の水晶体の視力補正が可能なもの	K K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合	前房レンズ 後房レンズ ヘーリン使用後房レンズ 多焦点後房レンズ	器械器具 (72) 視力補正用レンズ 前房レンズ 後房レンズ ヘーリン使用後房レンズ 多焦点後房レンズ	白内障に対する手術後の水晶体の視力補正が可能なもの
挿入駆付後房レンズ		挿入駆付後房レンズ			挿入駆付後房レンズ		挿入駆付後房レンズ
水晶体再建レンズ	器械器具 (4) 整形用品 水晶体再建レンズ	水晶体再建レンズ	水晶体の固定が可能なもの	K K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合			
高周波電気手術器	器械器具 (20) 電気手術器 バイポーラ電極	バイポーラ電極	高周波電気により組織組織の切離し	K K377 高周波電気手術器	高周波電気手術器	バイポーラ電極	高周波電気により組織組織
心臓固定用圧子	器械器具 (42) 医療用器具 單回使用器具固定用圧子	單回使用器具固定用圧子	心拍動下における心臓手術時に、心臓の特定部位の動きを制限するもの	K K552-2 心臓固定、大動脈バイパス移植物(人工心臓を使用しないもの)			
縫合用医療器具注入器	器械器具 (74) 医療品注入器 皮下用ポート及びカテーテル	皮下用ポート及びカテーテル	縫り返し医療技を行つたために体内に留置するもの	K K611 純感性技術有効筋、筋膜又は皮膚内皮膜を注入用駆付カーテル設置	縫合用医療器具注入器	器械器具 (74) 医療品注入器 皮下用ポート及びカテーテル	縫り返し医療技を行つたために体内に留置するもの
レーザー手術装置 (1)	器械器具 (31) 医療用焼灼器 レーザー	レーザー	レーザーによる組織の凝固又は	K K612 中心持続吸出用駆付カーテル設置	レーザー手術装置 (1)	器械器具 (31) 医療用焼灼器 レーザー	レーザーによる組織の凝固又は初回が可能なもの
				K K613 オゾンミウム・ヤグレーザ			
				K K614-2 組織的レーザー駆立縫合切跡術			

特定診療報酬算定医療機器の区分	左側		対応する診療報酬項目	令定診療報酬算定医療機器の区分	右側		対応する診療報酬項目
	医事法承認上の位置付け	その他の条件			照別	一般的な名称	
		エキシマレーザ ネオジミウム・ヤグ倍周波 ダレーラー 強化炭素レーザ エルビウム・ヤグレーザ ガルミウム・ヤグレーザ パルスホルミクム・ヤグ アルゴン・クリプトンレー ザ  ルビーレーザ 銀蒸気レーザ  色素・アレキサンドライト レーザ  クリプトンレーザ ダイオードレーザ ヘリウム・カドミウムレー ザ KTPレーザ			エキシマレーザ 銀蒸気レーザ 色素・アレキサンドライト レーザ クリプトンレーザ ダイオードレーザ ヘリウム・カドミウムレー ザ KTPレーザ		
レーザー手術装置（II）	器械器具（31） 医療用焼灼器 PDTエキシマレーザ	光吸力学療法が可能な波長630nmのエキシマ・ダイレーザ又はYAG・OPOレーザであるもの	K 510-2 光吸力学療法 K 525-3 内視鏡的経皮性食道胃管穿刺光吸力学療法 K 653-4 内視鏡的経皮性腎臓穿刺光吸力学療法 K 872-6 子宮頸部切開又は真形成光吸力学療法	レーザー手術装置（II）	器械器具（31） 医療用焼灼器 PDTエキシマレーザ	光吸力学療法が可能な波長630nmのエキシマ・ダイレーザ又はYAG・OPOレーザであるもの	K 510-2 光吸力学療法 K 525-3 内視鏡的経皮性食道胃管穿刺光吸力学療法 K 653-4 内視鏡的経皮性腎臓穿刺光吸力学療法 K 872-6 子宮頸部切開又は真形成光吸力学療法
レーザー手術装置（III）	器械器具（12） 理学診療用器具 器械器具（31） 医療用焼灼器	体内挿入式レーザ結石破砕 色素レーザ ホルミウム・ヤグレーザ パルスホルミクム・ヤグ レーザ  色素・アレキサンドライト	K 781 経尿道的尿路結石除去術	レーザー手術装置（III）	器械器具（12） 理学診療用器具 器械器具（31） 医療用焼灼器	体内挿入式レーザ結石破砕 色素レーザ ホルミウム・ヤグレーザ パルスホルミクム・ヤグ レーザ  色素・アレキサンドライト	K 781 経尿道的尿路結石除去術
レーザー手術装置（IV）	器械器具（31） 医療用焼灼器 器械器具（29） 電気手術器	下肢静脈瘤血管内焼灼術 治療用電気手術器	K 617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術	レーザー手術装置（IV）	器械器具（31） 医療用焼灼器	下肢静脈瘤の治療が可能なもの 注：原発性悪性妊娠癌光吸力学療法 K 617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術	K 617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
レーザー手術装置（V）	器械器具（31） 医療用焼灼器 PDT半導体レーザ	原発性悪性妊娠癌に対する光吸力学療法が可能なもの	K 1169 痘瘍内腫瘍摘出術 注：原発性悪性妊娠癌光吸力学療法 K 1169 痘瘍内腫瘍摘出術 注2 原発性悪性妊娠癌光吸力学療法 加算	レーザー手術装置（V）	器械器具（31） 医療用焼灼器 PDT半導体レーザ	原発性悪性妊娠癌に対する光吸力学療法が可能なもの K 1169 痘瘍内腫瘍摘出術 注2 原発性悪性妊娠癌光吸力学療法 加算	K 1169 痘瘍内腫瘍摘出術 注2 原発性悪性妊娠癌光吸力学療法 加算
病変識別マーク	医療用品（4） 整形用品	植込み型病変識別マーク	痔瘻に対する放射線治療において、局所治療の向上を目的に肛門内視鏡的放射線治療用マーク一箇置換	病変識別マーク	医療用品（4） 整形用品	植込み型病変識別マーク	痔瘻に対する放射線治療において、局所治療の向上を目的に肛門内視鏡的放射線治療用マーク一箇置換
心臓内三次元画像構築装置	器械器具（21） 内腔鏡的検査用器具	心臓カテーテル用後腔鏡装置	K 595 心臓カテーテル心腔鏡焼灼術（三次元カラーマッピング加算）	心臓内三次元画像構築装置	器械器具（21） 内腔鏡的検査用器具	心臓カテーテル用後腔鏡装置	K 595 心臓カテーテル心腔鏡焼灼術（三次元カラーマッピング加算）
磁気ナビゲーションシステム	器械器具（61） 医療用導管及び体外説明書	心臓マッピングシステム ワークステーション	K 595 心臓カテーテル心腔鏡焼灼術 注2 磁気ナビゲーションシステム K 595 心臓カテーテル心腔鏡焼灼術 注2 磁気ナビゲーションシステム	磁気ナビゲーションシステム	器械器具（51） 医療用導管及び体外説明書	心臓マッピングシステム ワークステーション	K 595 心臓カテーテル心腔鏡焼灼術 注2 磁気ナビゲーションシステム K 595 心臓カテーテル心腔鏡焼灼術 注2 磁気ナビゲーションシステム
体外型心臓ベースメーカー	器械器具（7） 内腔鏡的代用器具	経皮式体外型心臓ベースメーカー 非侵襲式体外型心臓ベース 経食道式外型心臓ベース	K 596 不整脈の矯正（心臓ペーシング） K 596 体外型心臓ベースメーカー	体外型心臓ベースメーカー	器械器具（7） 内腔鏡的代用器具	不整脈の矯正（心臓ペーシング） K 596 体外型心臓ベースメーカー	K 596 体外ベースペーニング術
マイクロ波手術器	器械器具（29） 電気手術器	焼灼用電気手術ユニット	K 697-2 肝尾性精肉マイクロ波焼灼固法 K 695 肝切削術	マイクロ波手術器	器械器具（29） 電気手術器	焼灼用電気手術ユニット K 697-2 肝尾性精肉マイクロ波焼灼固法 K 695 肝切削術	K 697-2 肝尾性精肉マイクロ波焼灼固法 K 695 肝切削術
ラジオ波手術器	器械器具（28） 電気手術器	焼灼用電気手術器	K 697-3 肝尾性精肉ラジオ波焼灼固法 K 697-3 肝尾性精肉ラジオ波焼灼固法	ラジオ波手術器	器械器具（28） 電気手術器	焼灼用電気手術器 K 697-3 肝尾性精肉ラジオ波焼灼固法	K 697-3 肝尾性精肉ラジオ波焼灼固法
冷凍手術器	器械器具（31） 医療用焼灼器	K 699-3 氷球冷却術	K 697-4 肝尾性精肉・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	冷凍手術器	器械器具（31） 医療用焼灼器	K 697-4 肝尾性精肉・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	K 697-4 肝尾性精肉・焼灼術（冷凍凝固によるもの）
結合部及び結合部	器械器具（30） 結合部及び結合部	直腸粘膜の剥離切離及び吻合が可能なもの	K 743 直腸手術	器械器具（30） 結合部及び結合部	器械器具（30） 結合部及び結合部	直腸粘膜の剥離切離及び吻合が可能なもの	K 743 痔核手術 5 PPH
体外式衝突部結石破砕装置（I）	器械器具（12） 理学診療用器具	結石の破砕が可能なもの	K 678 体外衝突部結石破砕装置	体外式衝突部結石破砕装置	器械器具（12） 理学診療用器具	体外式衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置	K 678 体外衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置
体外式衝突部結石破砕装置（II）	器械器具（12） 理学診療用器具	体外式衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置の 内小火薙挿入式結石破砕装置	K 678 体外衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置の 内小火薙挿入式結石破砕装置	器械器具（12） 球管結石破砕装置	器械器具（12） 球管結石破砕装置	体外式衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置	K 678 体外衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置
体外式衝突部結石破砕装置（III）	器械器具（12） 理学診療用器具	体外式衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置の 内小火薙挿入式結石破砕装置	K 678 体外衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置の 内小火薙挿入式結石破砕装置	器械器具（12） 球管結石破砕装置	器械器具（12） 球管結石破砕装置	体外式衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置	K 678 体外衝突部結石破砕装置 K 678 体外衝突部結石破砕装置
体外式衝突部結石破砕装置（IV）	器械器具（12） 理学診療用器具	結石及び骨・臍管結石の破砕が可能なもの	K 678 体外衝突部結石破砕装置 K 699-2 体外衝突部結石破砕装置 K 768 体外衝突部結石破砕装置	器械器具（12） 球管結石破砕装置	器械器具（12） 球管結石破砕装置	結石及び骨・臍管結石の破砕が可能なもの	K 678 体外衝突部結石破砕装置 K 699-2 体外衝突部結石破砕装置 K 768 体外衝突部結石破砕装置
肝腎因式高密度治療装置	器械器具（30） 脳脊髄内針	脳脊髄内針	K 823 脱失神経上針	器械器具（30） 脳脊髄内針	器械器具（30） 脳脊髄内針	脳脊髄内針	K 823 脱失神経上針
肝腎因式高密度治療装置	器械器具（12） 理学診療用器具	高密度式ハイパーサーミアシステム	K 841-3 脱失神経の前立腺高密度治療	器械器具（12） 理学診療用器具	高密度式ハイパーサーミアシステム	高密度式ハイパーサーミア マイクロ波ハイパーサーミアシステム	K 841-3 脱失神経の前立腺高密度治療 45度以上まで加温すること

特定診療報酬算定医療機器の区分	左側			対応する診療報酬項目	特定診療報酬算定医療機器の区分	右側			対応する診療報酬項目
	医療技術機器上の位置付け		その他の条件			医療技術機器上の位置付け		その他の条件	
	細別	一般的な名称				細別	一般的な名称		
超音波検査器具	接触器具 (12) 球学診察用器具	超音波検査器具	経肛門的にプローブを得入れし、超音波により前立腺肥大組織を60度以上まで加熱することができるもの	K K841-4 焦点式高エネルギー超音波治療法	超音波治療器具	接触器具 (12) 球学診察用器具	超音波検査器具	経肛門的にプローブを得入れし、超音波により前立腺肥大組織を60度以上まで加熱することができるもの	K 841-4 焦点式高エネルギー超音波治療法
分娩用吸引器	接触器具 (32) 医療用吸引器具	分娩用吸引器具	吸引抽出に用いられるもの	K K893 吸引抽出器	分娩用吸引器具	接触器具 (32) 医療用吸引器具	分娩用吸引器具	吸引抽出に用いられるもの	K 893 吸引抽出器
胎児シャント	接触器具 (61) 胎児用導管及自己血回収装置	胎児胎水抽出用シャント	胎児の胎水を母体の羊水腔に持続から血栓を回収して、液体及び洗浄又は灌注を行い、患者の体内に戻すことが可能なもの	K K910-3 胎児胎腔・羊水腔シャント術	胎児シャント	接触器具 (61) 胎児用導管及自己血回収装置	胎児胎水抽出用シャント	胎児の胎水を母体の羊水腔に持続から血栓を回収して、液体及び洗浄又は灌注を行い、患者の体内に戻すこと	K K910-3 胎児胎腔・羊水腔シャント術
自家輸血装置	接触器具 (7) 内臓摘出代用自己血回収装置			K K923 摘出中術後自己血回収術	自家輸血装置	接触器具 (7) 内臓摘出代用自己血回収装置			K 923 摘出中術後自己血回収術
自己生体組織接着剤作成器具	接触器具 (7) 内臓摘出代用血液成分分離用装置	血液成分分離用装置	貯血した自己由来の血液から、生体組織接着剤を調整するためのもの	K K924 自己生体組織接着剤作成用器具	自己生体組織接着剤作成器具	接触器具 (7) 内臓摘出代用血液成分分離用装置	血液成分分離用装置	貯血した自己由来の血液から、生体組織接着剤を調整するためのもの	K 924 自己生体組織接着剤作成器具
超音波手術器具	接触器具 (12) 球学診察用器具	超音波手術器具	超音波により組織の凝固、切開又は凝固が可能なもののもの	K K931 超音波凝固切開装置等加算	超音波手術器具	接触器具 (12) 球学診察用器具	超音波手術器具	超音波により組織の凝固、切開又は凝固が可能なもののもの	K 931 超音波凝固切開装置等加算
超音波吸引器具	接触器具 (12) 球学診察用器具	超音波吸引器具	超音波により組織の吸引、乳化	K K931 超音波吸引切開装置等加算	超音波吸引器具	接触器具 (12) 球学診察用器具	超音波吸引器具	超音波により組織の吸引、乳化	K 931 超音波吸引切開装置等加算
吸引手術器具	接触器具 (29) 吸気手術器具	吸引手術器具	吸引により血管及び組織の吸引	K K931 吸引手術器具等加算	吸引手術器具	接触器具 (29) 吸気手術器具	吸引手術器具	吸引により血管及び組織の吸引	K 931 吸引手術器具等加算
患者適合型手術支援ガイド	接触器具 (58) 駆動用接触器具	患者適合型手術支援器具	患者適合型手術支援器具の手術支援ガイドであるもの	K K939 患者適合型手術支援ガイド	患者適合型手術支援ガイド	接触器具 (58) 駆動用接触器具	患者適合型手術支援器具	患者適合型手術支援ガイドであるもの	K K939 患者適合型手術支援ガイド
手術用ロボット手術ユニット	接触器具 (12) 球学診察用器具	手術用ロボット手術ユニット	三次元画像を通して、術者の内視鏡手術器具操作を支援することができるものの	K K939-4 内視鏡手術用支援内鏡加算	手術用ロボット手術ユニット	接触器具 (12) 球学診察用器具	手術用ロボット手術ユニット	三次元画像を通して、術者の内視鏡手術器具操作を支援することができるもの	K 939-4 内視鏡手術用支援内鏡加算

(参考)

「特定保険医療材料の定義について」(平成26年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改 正 後	現 行
<p>(別表)</p> <p>II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格</p> <p>035 尿管ステントセット</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 機能区分の考え方</p> <p>構造、使用目的、材質、表面加工により、一般型（<u>3</u>区分）、外瘻用（<u>3</u>区分）及びエンドバイロトミー用（1区分）の合計<u>7</u>区分に区分する。</p> <p>(3) 機能区分の定義</p> <p>① 一般型・標準型</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>ア ステント両端がピッグテイル形状であること。</p> <p>イ <u>②</u>及び<u>③</u>に該当しないこと。</p> <p>② (略)</p> <p>③ 一般型・長期留置型</p> <p><u>次のいずれにも該当すること。</u></p> <p>ア ステント両端がピッグテイル形状であること。</p> <p>イ <u>金属製のもの</u>であること。</p> <p>④ 外瘻用・腎孟留置型・標準型</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>ア (略)</p> <p>イ <u>⑤</u>に該当しないこと。</p> <p>⑤ 外瘻用・腎孟留置型・異物付着防止型</p>	<p>(別表)</p> <p>II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格</p> <p>035 尿管ステントセット</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 機能区分の考え方</p> <p>構造、使用目的、材質、表面加工により、一般型（<u>2</u>区分）、外瘻用（<u>3</u>区分）及びエンドバイロトミー用（1区分）の合計<u>6</u>区分に区分する。</p> <p>(3) 機能区分の定義</p> <p>① 一般型・標準型</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>ア ステント両端がピッグテイル形状であること。</p> <p>イ <u>②</u>に該当しないこと。</p> <p>② (略)</p> <p>③ 外瘻用・腎孟留置型・標準型</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>ア (略)</p> <p>イ <u>④</u>に該当しないこと。</p> <p>④ 外瘻用・腎孟留置型・異物付着防止型</p>

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑥ 外瘻用・尿管留置型

(略)

⑦ エンドパイロトミー用

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

040 人工腎臓用特定保険医療材料 (回路を含む。)

(1) ~ (4) (略)

(5) 持続緩徐式血液ろ過器

① 定義

薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「持続緩徐式血液濾過器」であること。

② 機能区分の考え方

構造、使用目的により、標準型(1区分)及び特殊型(1区分)の合計2区分に区分する。

③ 機能区分の定義

ア 標準型

次のいずれにも該当すること

i 持続緩徐式血液ろ過に際して使用する血液ろ過器(回路を含む。)であること。

ii イに該当しないこと。

イ 特殊型

次のいずれにも該当すること

i 持続緩徐式血液ろ過に際して使用する血液ろ過器(回路を含む。)であること。

ii サイトカイン吸着除去能を有し、重症敗血症及び敗血症性ショックの患者の病態の改善を目的として用いることができるものであること。

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑤ 外瘻用・尿管留置型

(略)

⑥ エンドパイロトミー用

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

040 人工腎臓用特定保険医療材料 (回路を含む。)

(1) ~ (4) (略)

(5) 持続緩徐式血液濾過器

定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「持続緩徐式血液濾過器」であること。

② 持続緩徐式血液濾過に際して使用する血液濾過器(回路を含む。)であること。

(6) (略)

## 061 固定用内副子（プレート）

### (1) 定義

次のいずれにも該当すること。

- ① 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であつて、一般的名称が「手術用メッシュ」、「体内固定用コンプレッショニヒッププレート」、「体内固定用プレート」、「患者適合型体内固定用プレート」、「体内固定システム」、「人工頸関節」、「頭蓋骨固定用クランプ」、「頭部プロテーゼ固定用材料」又は「体内固定用ネジ」であること。

### ②、③ (略)

### (2) 機能区分の考え方

構造、使用部位及び材質により、ストレートプレート（4区分）、有角プレート（2区分）、骨端用プレート（4区分）及びその他のプレート（9区分）の合計 19 区分に区分する。

### (3) 機能区分の定義

#### ①～④ (略)

#### ⑤ 有角プレート（生体用合金Ⅰ）

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑦から⑩に該当しないこと。

#### ⑥ 有角プレート（生体用合金Ⅱ）

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑦から⑩に該当しないこと。

#### ⑦ 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑧及び⑨に該当しないこと。

(6) (略)

## 061 固定用内副子（プレート）

### (1) 定義

次のいずれにも該当すること。

- ① 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であつて、一般的名称が「手術用メッシュ」、「体内固定用コンプレッショニヒッププレート」、「体内固定用プレート」、「体内固定システム」、「人工頸関節」、「頭蓋骨固定用クランプ」、「頭部プロテーゼ固定用材料」又は「体内固定用ネジ」であること。

### ②、③ (略)

### (2) 機能区分の考え方

構造、使用部位及び材質により、ストレートプレート（4区分）、有角プレート（2区分）、骨端用プレート（3区分）及びその他のプレート（9区分）の合計 18 区分に区分する。

### (3) 機能区分の定義

#### ①～④ (略)

#### ⑤ 有角プレート（生体用合金Ⅰ）

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑦から⑨に該当しないこと。

#### ⑥ 有角プレート（生体用合金Ⅱ）

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑦から⑨に該当しないこと。

#### ⑦ 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑧に該当しないこと。

⑧ 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）・内外反変形矯正用（小兒）  
次のいずれにも該当すること。

ア～イ（略）

ウ ⑨に該当しないこと

⑨ 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）・患者適合型  
次のいずれにも該当すること。

ア 長管骨骨端部、距骨又は踵骨等の骨折の固定（矯正骨切り術用を含む。）に使用されるプレートであること。

イ 材質がチタン合金であること。

ウ 一端が使用部位の骨の形態に合致した形状であって、手術前に得た画像等により患者の骨に適合するよう設計されたものであること。

⑩ 骨端用プレート（生体用合金Ⅱ）  
次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

⑪ その他のプレート

ア～ウ（略）

#### 064 脊椎固定用材料

(1)（略）

(2) 機能区分の考え方

構造、使用部位により、脊椎ロッド（1区分）、脊椎プレート（3区分）、椎体フック（1区分）、脊椎スクリュー（2区分）、脊椎コネクター（1区分）、トランスバース固定器（1区分）、椎体ステープル（1区分）及び椎体ワッシャー（1区分）の合計11区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①（略）

② 脊椎プレート（S）・標準型

次のいずれにも該当すること。

⑧ 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）・内外反変形矯正用（小兒）  
次のいずれにも該当すること。

ア～イ（略）

⑨ 骨端用プレート（生体用合金Ⅱ）  
次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

⑩ その他のプレート

ア～ウ（略）

#### 064 脊椎固定用材料

(1)（略）

(2) 機能区分の考え方

構造、使用部位により、脊椎ロッド（1区分）、脊椎プレート（2区分）、椎体フック（1区分）、脊椎スクリュー（2区分）、脊椎コネクター（1区分）、トランスバース固定器（1区分）、椎体ステープル（1区分）及び椎体ワッシャー（1区分）の合計10区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①（略）

② 脊椎プレート（S）

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ③に該当しないこと

③ 脊椎プレート (S)・バスケット型

次のいずれにも該当すること。

ア 主として、頸椎を固定保持することを目的に使用するプレートであること。

イ 脊椎スクリューと併用するものであること。

ウ 移植骨を充填するバスケットを有するものであること。

④ 脊椎プレート (L)

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑤ 椎体フック

(略)

⑥ 脊椎スクリュー (固定型)

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑦ 脊椎スクリュー (可動型)

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑧ 脊椎コネクター

(略)

⑨ トランスベース固定器

(略)

⑩ 椎体ステープル

(略)

⑪ 椎体ワッシャー

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ア～イ (略)

③ 脊椎プレート (L)

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

④ 椎体フック

(略)

⑤ 脊椎スクリュー (固定型)

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑥ 脊椎スクリュー (可動型)

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑦ 脊椎コネクター

(略)

⑧ トランスベース固定器

(略)

⑨ 椎体ステープル

(略)

⑩ 椎体ワッシャー

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

人工肩関節用材料は、構造、使用目的及び使用部位により肩甲骨側(2区分)、上腕骨側(2区分)、リバース型(8区分)及び切換用(1区分)の合計13区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 肩甲骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア (略)

イ ②及び⑩から⑫までに該当しないこと。

② 肩甲骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑩から⑫までに該当しないこと。

③ 上腕骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア (略)

イ ④から⑧までに該当しないこと。

④ 上腕骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑤から⑧までに該当しないこと。

⑤ リバース型・上腕骨システム・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑥に該当しないこと。

⑥ リバース型・上腕骨システム・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するため

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

人工肩関節用材料は、構造、使用目的及び使用部位により肩甲骨側(2区分)、上腕骨側(2区分)及びリバース型(5区分)の合計9区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 肩甲骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア (略)

イ ②、⑧及び⑨に該当しないこと。

② 肩甲骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ③及び⑨に該当しないこと。

③ 上腕骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア (略)

イ ④から⑦までに該当しないこと。

④ 上腕骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑤から⑦までに該当しないこと。

⑤ リバース型・上腕骨システム

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

に使用する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節であること。

イ インサートを支持することを目的として人工肩関節置換術等の際に上腕骨側に使用するステム（インサートと組み合わせるための部品を含む。）であること。

ウ 肩甲骨ノッチングを低減するために⑨と組みあわせて使用することにより、ネック・シャフト角を調節できるものであること。

エ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

ポーラス状のタンタルによる表面加工

⑦ リバース型・スペーサー

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑧ リバース型・インサート・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑨に該当しないこと。

⑨ リバース型・インサート・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 膜板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節であること。

イ 上腕骨システムと組み合わせて使用し、関節摺動面を確保することであること。

ウ 上腕骨又は肩甲骨に直接設置するものではないこと。

エ 肩甲骨ノッチングを低減するために⑥と組みあわせて使用することにより、ネック・シャフト角を調節できるものであること。

⑩ リバース型・関節窓ヘッド

⑥ リバース型・スペーサー

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑦ リバース型・インサート

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

⑧ リバース型・関節窓ヘッド

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑪ リバース型・ベースプレート・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

ウ ⑫に該当しないこと。

⑫ リバース型・ベースプレート・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するため  
に使用する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース  
型の全人工肩関節であること。

イ スクリューによって肩甲骨に固定され、関節窓ヘッドを支持する  
もの（組み合わせて使用するスクリューを含む。）であること。

ウ 関節窓ヘッドの設置位置を側方移動するためのベースプレートパ  
ッドを有すること。

エ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているもの  
であって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されてい  
ること。

ポーラス状のタンタルによる表面加工

⑯ 切換用

リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等  
によりリバース型組み合わせの設置が困難であると判断された場合  
に、緊急的に従来型の組み合わせに切り換えるために用いるもので  
あること。

078 人工骨

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的及び使用部位により、汎用型（7区分）、専用型（11  
区分）及び特殊型（2区分）の合計 20 区分に区分する。

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

⑯ リバース型・ベースプレート

次のいずれにも該当すること。

ア～イ (略)

078 人工骨

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的及び使用部位により、汎用型（7区分）、専用型（1  
区分）及び特殊型（1区分）の合計 19 区分に区分する。

(3) 機能区分の定義  
 ①～⑬ (略)  
 ⑭ 専用型・骨盤用 (腸骨稜用)  
 次のいずれにも該当すること。  
 ア～イ (略)  
 ウ ⑯ 及び⑰に該当しないこと。  
 ⑮ 専用型・骨盤用 (その他)  
 次のいずれにも該当すること。  
 ア (略)  
 イ ⑭、⑯及び⑰に該当しないこと。  
 ⑯～⑯ (略)  
 ⑲ 特殊型  
 次のいずれにも該当すること。  
 ア～ウ (略)  
エ ⑳に該当しないこと。  
 ㉐ 特殊型  
 次のいずれにも該当すること。  
 ア 骨盤に生じた骨欠損部を補修又は補填することを目的とした人工骨インプラントであること。  
 イ 人工股関節置換術 (再置換術を含む。) の際に使用する材料であること。  
 ウ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。  
 ポーラス状のタンタル

#### 090 人工内耳用材料

(1) 定義  
 次のいずれにも該当すること。  
 ① (略)

(3) 機能区分の定義  
 ①～⑬ (略)  
 ⑭ 専用型・骨盤用 (腸骨稜用)  
 次のいずれにも該当すること。  
 ア～イ (略)  
ウ ⑯に該当しないこと。  
 ⑮ 専用型・骨盤用 (その他)  
 次のいずれにも該当すること。  
 ア (略)  
 イ ⑭及び⑯に該当しないこと。  
 ⑯～⑯ (略)  
 ⑲ 特殊型  
 次のいずれにも該当すること。  
 ア～ウ (略)

#### 090 人工内耳用材料

(1) 定義  
 次のいずれにも該当すること。  
 ① (略)

② 補聴器では症状の改善が見られない高度感音性難聴又は補聴器では十分な症状改善が得られない低音域に残存聴力を有する高音急墜型聴力像を呈する感音難聴に対して、人工内耳植込術を実施するに際し、聴力改善を目的に使用するものであること。

(2) 機能区分の考え方

人工内耳用材料は、人工内耳用インプラント（電極及び受信－刺激器）（1区分）、人工内耳用音声信号処理装置（2区分）及び人工内耳用ヘッドセット（5区分）の合計8区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① (略)

② 人工内耳用音声信号処理装置

ア 人工内耳用音声信号処理装置・標準型

次のいずれにも該当すること。

i マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換する装置であること。

ii イに該当しないこと。

イ 人工内耳用音声信号処理装置・残存聴力活用型

マイクロホンで受信した音声のうち、高音域をデジタル信号に変換し、低音域を音響刺激機能のある構成品に送る装置のこと。

③ (略)

112 ペースメーカー

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

ペースメーカーは、次に規定する機能の有無等により12区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①～⑥ (略)

⑦ トリプルチャンバ（I型）・標準型

② 補聴器では症状の改善が見られない高度感音性難聴に対して、人工内耳植込術を実施するに際し、聴力改善を目的に使用するものであること。

(2) 機能区分の考え方

人工内耳用材料は、人工内耳用インプラント（電極及び受信－刺激器）（1区分）、人工内耳用音声信号処理装置（1区分）及び人工内耳用ヘッドセット（5区分）の合計7区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① (略)

② 人工内耳用音声信号処理装置

マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換する装置であること。

③ (略)

112 ペースメーカー

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

ペースメーカーは、次に規定する機能の有無等により11区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①～⑥ (略)

⑦ トリプルチャンバ（I型）・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑧及び⑫に該当しないものであること。

⑧ トリプルチャンバ (I型)・極性可変型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ (略)

オ ⑫に該当しないものであること。

⑨ トリプルチャンバ (II型)・単極用又は双極用・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ 接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。

オ ⑩に該当しないものであること。

⑩ トリプルチャンバ (II型)・単極用又は双極用・MR I 対応型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ 接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。

オ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に

1.5 テスラの装置によるMR I 検査が可能となる構造・機能を有すること。

⑪ トリプルチャンバ (II型)・4極用

次のいずれにも該当すること。

ア トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。

イ レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。

エ 接続する左室リードの電極が4極であること。

⑫ トリプルチャンバ (III型)

(略)

123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑧及び⑪に該当しないものであること。

⑧ トリプルチャンバ (I型)・極性可変型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ (略)

オ ⑪に該当しないものであること。

⑨ トリプルチャンバ (II型)・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ ⑩に該当しないものであること。

⑩ トリプルチャンバ (II型)・MR I 対応型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ (略)

エ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に  
1.5 テスラの装置によるMR I 検査が可能となる構造・機能を有する  
ものであること。

⑪ トリプルチャンバ (III型)

(略)

123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル

(1) 定義  
① (略)  
② 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用する高周波電流による心筋焼灼用又は冷凍アブレーション用のカテーテルであること。

(2) 機能区分の考え方  
構造により、標準型、イリグーション型及び冷凍アブレーション用の合計3区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

- ① ~② (略)  
③ 冷凍アブレーション用

ア 冷凍アブレーション用・バルーン型

薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療をして使用する冷凍アブレーション用のバルーンカテーテルであること。

イ 冷凍アブレーション用・補完型

薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療をするバルーンカテーテルを用いた冷凍アブレーションを補完するために使用するカテーテルであること。

132 ガイディングカテーテル

(1) 定義

(略)

(2) 機能区分の考え方

使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用(1区分)、腹部四肢末梢用(1区分)及び脳血管用(2区分)の合計4区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

- ①、② (略)  
③ 脳血管用

ア 脳血管用・標準型

(1) 定義  
① (略)  
② 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用する高周波電流による心筋焼灼用のカテーテルであること。

(2) 機能区分の考え方

構造により、標準型及びイリグーション型の合計2区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

- ① ~② (略)

132 ガイディングカテーテル

(1) 定義

(略)

(2) 機能区分の考え方

使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用、腹部四肢末梢用及び脳血管用の合計3区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

- ①、② (略)  
③ 脳血管用

脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテ

次のいずれにも該当すること。

i 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。

ii イに該当しないこと。

#### イ 脳血管用・特殊型

次のいずれにも該当すること。

i 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。

ii 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。

### 133 血管内手術用カテーテル

#### (1) 血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル（2区分）、末梢血管用ステントセット（2区分）、PTAバルーンカテーテル（7区分）、下大静脈留置フィルターセット（1区分）、冠動脈灌流用カテーテル（1区分）、オクリュージョンカテーテル（2区分）、血管内血栓異物除去用留置カテーテル（4区分）、血管内異物除去用カテーテル（2区分）、血栓除去用カテーテル（8区分）、塞栓用バルーン（2区分）、塞栓用コイル（7区分）、汎用型圧測定用プローブ（1区分）、連続心拍出量測定用カテーテル（1区分）、静脈弁カッター（2区分）、頸動脈用ステントセット（1区分）、狭窄部貫通用カテーテル（1区分）、下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル（1区分）、血管塞栓用プラグ（1区分）、冠動脈カテーテル交換用カテーテル（1区分）、冠動脈カテーテル交換用カテーテル（1区分）、体温調節用カテーテル（1区分）及び脳血管用ステントセット（1区分）の合計49区分に区分する。

(2)～(9) (略)

(10) 血栓除去用カテーテル

ルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。

### 133 血管内手術用カテーテル

#### (1) 血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル（2区分）、末梢血管用ステントセット（2区分）、PTAバルーンカテーテル（7区分）、下大静脈留置フィルターセット（1区分）、冠動脈灌流用カテーテル（1区分）、オクリュージョンカテーテル（2区分）、血管内血栓異物除去用留置カテーテル（4区分）、血管内異物除去用カテーテル（2区分）、血栓除去用カテーテル（7区分）、塞栓用バルーン（2区分）、塞栓用コイル（7区分）、汎用型圧測定用プローブ（1区分）、連続心拍出量測定用カテーテル（1区分）、静脈弁カッター（2区分）、頸動脈用ステントセット（1区分）、狭窄部貫通用カテーテル（1区分）、下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル（1区分）、血管塞栓用プラグ（1区分）、冠動脈カテーテル交換用カテーテル（1区分）、冠動脈カテーテル交換用カテーテル（1区分）及び体温調節用カテーテル（1区分）の合計47区分に区分する。

(2)～(9) (略)

(10) 血栓除去用カテーテル

① (略)

① (略)  
② 機能区分の考え方  
構造、使用目的及び使用部位により、バルーン付き（3区分）、残存血栓除去用（1区分）、経皮的血栓除去用（1区分）及び脳血栓除去用（3区分）の合計8区分に区分する。

③ 機能区分の定義

ア～オ (略)

カ 脳血栓除去用

i ~ ii (略)

iii 自己拡張型

次のいずれにも該当すること。

a 脳血栓を除去することを目的として使用するカテーテルであること。

b 自己拡張能を持つ網状のワイヤーを有すること。

(ii)～(iv) (略)

iv 脳血管用ステントセット

定義

次のいずれにも該当すること

- ① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具（07）内蔵機能代用器」であって、一般的名称が「脳動脈ステント」であること。  
② 頭蓋内動脈狭窄症に対するバルーン拡張式血管形成術用カテーテルを用いた経皮的血管形成術において、血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞若しくは切迫閉塞に対する緊急処置又は他に有効な治療法がない場合の血管形成術後の再治療を目的として使用するバルーンカテーテルであること。

#### 146 大動脈用ステントグラフト

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

② 機能区分の考え方

構造、使用目的及び使用部位により、バルーン付き（3区分）、残存血栓除去用（1区分）、経皮的血栓除去用（1区分）及び脳血栓除去用（2区分）の合計7区分に区分する。

③ 機能区分の定義

ア～オ (略)

カ 脳血栓除去用

i ~ ii (略)

(ii)～(iv) (略)

#### 146 大動脈用ステントグラフト

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）（2区分）、腹部大動脈用ステントグラフト（補助部分）（1区分）、胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）（2区分）及び胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分）（1区分）の合計6区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア 腹部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。

イ 腹部大動脈に留置するステントグラフト、両側総腸骨動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。

② 腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・AUI型

次のいずれにも該当すること。

ア 腹部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。

イ 腹部大動脈から片側総腸骨動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。

③ 腹部大動脈用ステントグラフト（補助部分）

次のいずれにも該当すること。

（略）

④ 胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・標準型

次のいずれにも該当すること。

（略）

⑤ 胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・血管分岐部対応型

次のいずれにも該当すること。

（略）

⑥ 胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分）

次のいずれにも該当すること。

（略）

使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）（1区分）、腹部大動脈用ステントグラフト（補助部分）（1区分）、胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）（2区分）及び胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分）（1区分）の合計5区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）

次のいずれにも該当すること。

ア 腹部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。

イ 腹部大動脈に留置するステントグラフト、両側総腸骨動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。

② 腹部大動脈用ステントグラフト（補助部分）

次のいずれにも該当すること。

（略）

③ 胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・標準型

次のいずれにも該当すること。

（略）

④ 胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・血管分岐部対応型

次のいずれにも該当すること。

（略）

⑤ 胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分）

次のいずれにも該当すること。

（略）

185 オープンステントグラフト

次のいずれにも該当すること。

- (1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「大動脈用ステントグラフト」であること。
- (2) 大動脈疾患の治療を目的に開胸手術により挿入され、体内に留置するステントグラフトであること。